

«TASDIQLAYMAN»



**Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va
immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Bosh shifokori**

D.A. Agzamxodjayeva D.A. Agzamxodjayeva

3" 06 2026-yil

TANLOV XARID HUJJATLARI

**Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ehtiyojlari uchun Tibbiy maqsadlar
uchun sarf materiallar xarid qilish**

Buyurtmachi: Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Toshkent-2026 yil

Texnik topshiriq
Tibbiy maqsadlar uchun sarf materiallari

№ п/п	Texnik talablar	Talab qilinadigan funktsiya yoki parametr
	Ishtirokchi etkazib beriladigan mahsulotning yangi va ilgari ishlatilmasligini	muvofiglik
1	PICC katetr - markaziy venoz kateter,periferik kiritilgan Fr 3	60 dona
1.1	Bitta luminal to'liq rentgen kontrastli periferik kiritilgan Markaziy venoz kateter	ko'rsatish
1.1.1	Ishlab chiqaruvchini ko'rsating - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
1.1.2	Modelini ko'rsating – (Ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
1.1.3	Kelib chiqqan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqqan mamlakatini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
1.1.4	Ishlab chiqaruvchining rasmiy veb – saytida taklif qilingan modelning tavsifiga havola (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida)- ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	ko'rsatish
1.1.5	Ilova: Periferik implantatsiya qilinadigan Markaziy venoz kateter (PICC line yoki pik kateter)-bu 6 oy davomida venaga kirish imkonini beruvchi qurilma. Tashqi tomondan, eng yuqori kateter-bu uzun, ingichka naycha bo'lib, uni shifokor qo'lning ichki yuzasida, tirsak burmasidan 5-7 sm balandlikda ponksiyon orqali kiritadi.	muvofiglik
1.2.	Uskunalar: kateter qattiq blisterli qadoqlarda keladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:	muvofiglik
1.2.1	To'liq radiokontrast kateter 3 FR oldindan o'rnatilgan stilet	bilan muvofiglik
1.2.2	Robert qisqichi bilan olinadigan kengaytma liniyasi	muvofiglik
1.2.3	Xavfsiz ehogen ponksiyon ignasi	muvofiglik
1.2.4	To'g'ri nitinol (Ni) o'tkazgich 50 sm moslashuvchan uchi	bilan muvofiglik
1.2.5	Choksiz kateter fiksatsiyasi Griplik	mosligi
1.2.6	Parchalanuvchi qobiqli introduktor	mosligi
1.2.7	Ignasiz bionector ulagichi	mosligi
1.2.8	Shprits 10 ml	mosligi
1.2.9	Xavfsiz skalpel	mosligi
1.2.10	O'lchov lentasi	mosligi
1.2.11	Bionector	mosligi
1.3.	Texnik xususiyatlari:	
1.3.1	Proksimal qisqarish qobiliyatiga ega kateter 4 Fr	muvofiglik
1.3.2	Tashqi tomondan diametri	1,00 mm
1.3.3	Ichki diametri	0,60 mm
1.3.4	To'ldirish hajmi	0,6 ml
1.3.5	Oqim tezligi (tortishish kuchi)	3,0 ml/min
1.3.6	Bosim ostida qo'llanilganda maksimal ruxsat etilgan oqim tezligi	1 ml / s
1.3.7	Maksimal bosim	325 psi (22,4bar)

1.3.8	Biostabil poliuretan – ingichka yuqori oqim tezligi uchun devor,bosim kontrastini kiritish	muvofiqlik
1.3.9	Ajraladigan ulanish distal uchi tasdiqlangandan so'ng kateterni qisqartirishga imkon beradi.	muvofiqlik
1.3.10	Har bir santimetrda kateterda belgilash mavjudligi	muvofiqlik
1.3.11	Atravmatik tekislangan distal uchi tomirning shikastlanishini kamaytiradi va tromboz xavfini kamaytiradi.	muvofiqlik
1.3.12	Split-Shell Introducer-teri orqali o'tish uchun elastik va tomir bo'ylab nozik siljish uchun etarlicha moslashuvchan.	muvofiqlik
1.3.13	Rengen-kontrastli nitinol o'tkazgich-distal qismda har 5 sm va har santimetrda markirovka qilinganligi sababli egilishga chidamli, kiritilgan uzunlikning engil tasviri.	muvofiqlik
2	PICC katetr - markaziy venoz kateter,periferik kiritilgan Fr 4,0	65 dona
2.1.1	Bitta luminal to'liq radiopaq, poliuretan, mikroblarga qarshi periferik kiritilgan Markaziy venoz kateter	ko'rsatish
2.1.2	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
2.1.3	Model - (ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
2.1.4	Ishlab chiqarilgan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqish mamlakatini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
2.1.5	Rasmiy veb-saytda taklif qilingan model tavsifiga havola Ishlab chiqaruvchi (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida) – ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	ko'rsatish
2.1.6	Ilova: periferik implantatsiya qilinadigan Markaziy venoz kateter (PICC line yoki pik kateter)-bu 6 oy davomida venaga kirish imkonini beruvchi qurilma. Periferik kiritilgan 55 sm Markaziy venoz kateter (pik kateter, PICC), radiopaq, poliuretan, mikroblarga qarshi (kateter devorining butun qalinligi bo'ylab Agion texnologiyasi bo'yicha kumush ionlariga asoslangan antimikrobiyal vosita bilan singdirilgan).	muvofiqlik
2.2	Uskunalar:kateter qattiq blister paketida keladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:	muvofiqlik
2.2.1.	Oldindan o'rnatilgan stilet bilan 55 sm uzunlikdagi mikroblarga qarshi kateter	muvofiqlik
2.2.2	Kichik diametrli xavfsiz ekogen ponksiyon ignasi-G21	muvofiqlik
2.2.3	Moslashuvchan uchli nitinol (Ni) o'tkazgich	muvofiqlik
2.2.4	Disilet parchalanuvchi qurilmasi bilan introduktor	muvofiqlik
2.2.5	Xavfsiz skalpel	muvofiqlik
2.2.6	Ignasiz bionector ulagichi (kateter lümenlari sonining ko'paytmasi)	muvofiqlik
2.2.7	Shprits 10 ml	muvofiqlik
2.2.8.	Griplok kateterni choksiz mahkamlash qurilmasi	muvofiqlik
2.2.9	O'lchov lentasi	muvofiqlik
2.2	texnik xususiyatlari:	muvofiqlik
	Kateter hajmi Fr/mm	4.0/55 sm

	Kateter lümenlerinin soni	1 lümenlerin
	Oqim tezligi (tortishish kuchi) ml / min	19
	Tashqi tomon diametri , mm	1.35
	Foydali uzunlik, sm	55
	To'ldirish hajmi, ml	0.8
	Maksimal kateter oqimining tezligi ml / s	5 ml/c
	Maksimal bosim	325 psi (22,4,bar)
3	PICC katetr - markaziy venoz kateter,periferik kiritilgan Fr 5,0	65 dona
	Bitta luminal to'liq rentgen kontrasti, poliuretan, mikroblarga qarshi periferik kiritilgan Markaziy venoz kateter	Ko'rsatish
	Ishlab chiqaruvchini ko'rsating - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	Ko'rsatish
	Modelni ko'rsating – (ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	ni ko'rsating
	Kelib chiqqan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqqan mamlakatini ko'rsatishi kerak)	ta'minlash
	Ishlab chiqaruvchining rasmiy veb-saytida taklif qilingan model tavsifiga havola (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida) – ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	muvofiqlik
	Ilova: periferik implantatsiya qilinadigan Markaziy venoz kateter (PICC line yoki pik kateter)-bu 6 oy davomida venaga kirish imkonini beruvchi qurilma. Periferik kiritilgan 55 sm Markaziy venoz kateter (pik kateter, PICC), radiopaq, poliuretan, mikroblarga qarshi (kateter devorining butun qalinligi bo'ylab Agion texnologiyasi bo'yicha kumush ionlariga asoslangan antimikrobiyal vosita bilan singdirilgan).	
	Uskunalar:kateter qattiq blister paketida keladi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:	muvofiqlik
	Oldindan o'rnatilgan stilet bilan 55 sm uzunlikdagi mikroblarga qarshi kateter	muvofiqlik
	Kichik diametrli xavfsiz ekogen ponksiyon ignasi-G21	muvofiqligi
	Moslashuvchan uchli nitinol (Ni) o'tkazgich	uchli o'tkazgich muvofiqlik
	Disilet parchalanuvchi qurilmasi bilan introduktor	muvofiqligi
	Xavfsiz skalpel	muvofiqlik
	Ignasiz bionector ulagichi (kateter lümenlari sonining ko'paytmasi)	mosligi
	shprits 10 ml	mos
	Griplok kateterni choksiz mahkamlash qurilmasi	moslamasi
	O'lchov lentasi	mos
	Texnik xususiyatlari:	
	Kateter o'lchami Fr / mm	5.0/55 sm
	Kateter lümenlari soni	2 lümenlerin
	Lümenlarning oqim tezligi (tortishish kuchi) ml / min	9(*2)
	Tashqi tomondan.mm	1.75
	Foydali uzunlik , sm	55

	To'ldirish hajmi ml	0.75 (*2)
	Maks. kateter oqimining tezligi ml / s	5 ml/c
	Maks bosim	325 psi (22,4,bar)
4	Uzoq muddatli kateterizasiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 5,0 (Pro-line; braviac)	60 dona
	Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rentgen kontrastli silikon kateter (Parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar)	muvofiglik
	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	Ko'rsatish
	Model - (ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	ko'rsatish
	Kelib chiqqan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqqan mamlakatini ko'rsatishi kerak)	taqdim
	Taklif qilingan modelning tavsifiga havola ishlab chiqaruvchining rasmiy veb - saytida (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida)-ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	rioya
	Ilova: Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rengen-kontrastli silikon kateter (parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar) Veneseksiya (faqat kateter) yoki teri orqali ponksiyon (bo'linadigan desilet qurilmasi bilan to'plam) orqali o'rnatiladi.	muvofiglik
	Kateterni ishonchli mahkamlash uchun teri osti manjeti	muvofiglik
	Zajim bilan mustahkamlangan tashqi qism	muvofiglik
	Barcha to'plamlar tunnel ignalariga asoslangan	muvofiglik
	Silikon yuqori gemomoslashuvchanlik va elastiklikka ega - bu tromboz va qon tomir devori shikastlanish xavfini kamaytiradi.	muvofiglik
	Xususiyatlari,	
	Ichki diametri mm	0,95
	Tashqi diametri, mm	1.7
	Oqim Tezligi, ml/min	15,0
	To'ldirish Hajmi, ml	0.70
	Umumiy uzunligi, sm	60 cm
	Foydali uzunligi sm	50
	Hajmi Fr	5
	Ajraladigan dilyatator , Fr	6
5	Uzoq muddatli kateterizasiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 4,0 (Vascu-line; braviac)	60 dona
	Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rentgen kontrastli silikon kateter (Parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar)	muvofiglik
	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Model - (ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Kelib chiqqan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqqan mamlakatini ko'rsatishi kerak)	Kursatish

	Taklif qilingan modelning tavsifiga havola ishlab chiqaruvchining rasmiy veb – saytida (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida)-ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	kursatish
	Ilova: Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rengen-kontrastli silikon kateter (parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar) Veneseksiya (faqat kateter) yoki teri orqali ponksiyon (bo'linadigan desilet qurilmasi bilan to'plam) orqali o'rnatiladi.	muvofiglik
	Kateterni ishonchli mahkamlash uchun teri osti manjeti	muvofiglik
	Zajim bilan mustahkamlangan tashqi qism	muvofiglik
	Barcha to'plamlar tunnel ignalariga asoslangan	muvofiglik
	Silikon yuqori gemomoshuvchanlik va elastiklikka ega - bu tromboz va qon tomir devori shikastlanish xavfini kamaytiradi.	muvofiglik
	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Xususiyatlari,	muvofiglik
	Ichki diametri mm	0,7
	Tashqi diametri, mm	1,4
	Oqim Tezligi, ml/min	5,0
	To'ldirish Hajmi, ml	0,35
	Umumiy uzunligi, sm	60 cm
	Foydali uzunligi sm	50
	Hajmi Fr	4,2
	Parchalanuvchi dilatator, Fr	5
6	Uzoq muddatli kateterizasiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 3 (Vascu-line; braviac)	60 dona
	Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rentgen kontrastli silikon kateter (Parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar)	muvofiglik
	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Model - (ishtirokchi taklif qilingan uskunaning modelini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Kelib chiqqan mamlakat - (ishtirokchi taklif qilingan modelning kelib chiqqan mamlakatini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Taklif qilingan modelning tavsifiga havola ishlab chiqaruvchining rasmiy veb – saytida (agar mavjud bo'lsa, ingliz tilida)-ishtirokchi ishlab chiqaruvchining veb-saytida taklif qilingan modelga havola berishi kerak.	kursatish
	Ilova: Uzoq muddatli venoz kirish uchun teri osti dakron manjetli rengen-kontrastli silikon kateter (parenteral oziqlantirish, dori-darmonlar, antibiotiklar, kimyoterapiya va boshqalar) Veneseksiya (faqat kateter) yoki teri orqali ponksiyon (bo'linadigan desilet qurilmasi bilan to'plam) orqali o'rnatiladi.	muvofiglik
	Kateterni ishonchli mahkamlash uchun teri osti manjeti	muvofiglik
	Zajim bilan mustahkamlangan tashqi qism	muvofiglik
	Barcha to'plamlar tunnel ignalariga asoslangan	muvofiglik

	Silikon yuqori gemomoshuvchanlik va elastiklikka ega - bu tromboz va qon tomir devori shikastlanish xavfini kamaytiradi.	muvofiglik
	Ishlab chiqaruvchi - (ishtirokchi taklif qilingan model ishlab chiqaruvchisini ko'rsatishi kerak)	kursatish
	Xususiyatlari,	
	Ichki diametri mm	0,5
	Tashqi diametri mm	1,0
	Oqim Tezligi, ml/min	1,0
	To'ldirish Hajmi, ml	0,25
	Umumiy uzunligi, sm	60 cm
	Foydali uzunligi, sm	50
	Hajmi Fr	2,7
	Parchalanuvchi dilatator, Fr	3
7	Talablar	
7.1	ishlab Chiqaruvchi - ISO 13485	ta'minlash nusxasi
7.2	Tenderga Sertifikatlar nusxalarini taqdim etish kerak ishlab Chiqaruvchi muhri bilan.	Muvofiqlik
8	Hujjatlar:	
8.1	Rus tilida foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar.	muvofiglik
8.2	Ingliz yoki rus tillarida texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar.	muvofiglik
9	kafolat muddati:	
9.1	Kafolat muddati	foydalanishga topshirilgan kundan boshlab 12 oy foydalanishga topshirish
	Yetkazib berish shartlari: DDP yoki dap - Toshkent.	
	Yetkazib berish muddati: 90 kun	

KIRITILDI:

Bosh hisobchi

X. Hayitov

Bosh shifokor o'rinbosari

M. Tashmetov

Bosh shifokor o'rinbosari

G. Bronin

Bosh shifokor o'rinbosari

S. Valiyev

Bosh hamshira

Sh. Jo'rayeva

**Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ehtiyojlari
uchun tibbiy maqsadlarda foydalaniladigan sarf materiallar boshlang'ich xarid narxi bo'yicha
TAQQOSLAMA MA'LUMOT**



Moliyalashtirish manbalarini:

Davlat byudjeti, Markaz huzuridagi onkologik va gematologik kasalliklarga chalingan
botalarni sog'lomlashtirishga ko'maklashish jam'armasi mablag'lari.

T/r	Lot raqami	Xarid qilinayotgan tovar nomi (savdo predmeti), dori shakli va dozalari	O'lchov birligi	Xarid qilinadigan miqdor (dona)	Tovarning boshlang'ich narxi (so'mda)	Umumiy summa
1		PICC katetr - markaziy venoz katetr, periferik kiritilgan Fr 3	ТУПЛАМ	60	7 090 000	420000000,0
2		PICC katetr - markaziy venoz katetr, periferik kiritilgan Fr 4,0	ТУПЛАМ	65	6 590 000	422500000,0
3		PICC katetr - markaziy venoz katetr, periferik kiritilgan Fr 5,0	ТУПЛАМ	65	7 090 000	455000000,0
4	1	Uzoq muddatli kateterizatsiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 5,0	ТУПЛАМ	60	6 500 000	390000000,0
5		Uzoq muddatli kateterizatsiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 4,0	ТУПЛАМ	60	6 500 000	390000000,0
6		Uzoq muddatli kateterizatsiya uchun teri osti manjetli vena ichiga katetr Fr 3,0	ТУПЛАМ	60	6 500 000	390000000,0
		Jami summa				2467500000,0

Bosh hisobchi

Bosh shifokor o'rinbosari

Bosh shifokor o'rinbosari

Bosh shifokor o'rinbosari

Buxgalteriya bo'limi xarid va shartnomalar bo'yicha mutaxassisi

Bosh hamshira

X. Hayitov
M. Tashmetov
G. Bronin
S. Valiyev
A. Sarepulos
Sh. Jo'rayeva